

## CIRCULAR

**Nro. Circular:** CIA: 1  
**Tipo:** Aclaratoria  
**Fecha:** 13/06/2023  
**Organismo contratante:** Universidad Nacional de Río Negro

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa 23/2023  
**Clase:** Sin Clase  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo de contratación directa:** Por monto  
**Expediente:** EXP : 2186 ANEXO III/2023  
**Rubro comercial:** EQUIPOS  
**Objeto de la contratación:** Adquisición de insumos, materiales y equipamiento para el Laboratorio de la Sede Atlántica de la UNRN

## DESCRIPCIÓN

CIRCULAR N° 1 ACLARATORIA SIN CONSULTA

Por medio de la presente, y en el marco de la Contratación Directa de referencia, se realizan las siguientes aclaraciones para el siguiente renglón:

RENGLÓN 46: (Cubeta de cuarzo para espectrofotómetro) El paso óptico debe ser de 10 mm y la capacidad debe ser de 1.7 ml aprox.



---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
OPERATIVA DE CONTRATACIONES